

VYSVĚTLENÍ / DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:	Zvýšení kvality návazné péče – Operační stoly
Zadávací řízení:	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, otevřené řízení
Evidenční číslo zadavatele:	O-2018-2
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-001610

Zadavatel:	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Zastoupena:	MUDr. Lukášem Velevem, MHA
Sídlo:	Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
IČ: 0090638	DIČ: CZ00090638
Bankovní spojení:	18736–681/0100, KB, a.s.
e-mail:	sekretariat@nemji.cz
tel:	567 157 540
fax:	567 301 212

Zadavatel byl účastníkem zadávacího řízení osloven s žádostí o dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené zakázky.

Tímto odpovídá na položené dotazy. Otázky a odpovědi se uveřejňují na profilu zadavatele stejným způsobem a na stejném místě jako zadávací dokumentace. Dodatečné informace se zároveň prostřednictvím profilu zasílají tazateli.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

Základna stolu včetně podvozku z nerez, podvozek v místě napojení k základně stejně široký jako základna stolu (pro komfortní přístup operátora k pacientovi).

Je možno nabídnout stůl, jehož základna je vyrobena z ocelové litiny v kombinaci s nerezavějící ocelí? Tento stůl má podvozek v místě napojení širší o 5 cm než základna, avšak komfortní přístup operátora k pacientovi je zachován díky vykrojení podvozku. Bude zadavatel akceptovat takovéto řešení?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel může připustit takové řešení, za předpokladu, že dotaz uchazeče směřuje k části dodávky, která se týká mobilního operačního stolu.

Dotaz č. 2

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

Stůl se 4 kolečky, minimální průměr - 150 mm.

Je možno nabídnout stůl s menšími, zato však dvojitými kolečky, která díky větší styčné ploše s podlahou snižují její zatížení?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel může připustit takové řešení, za předpokladu, že dotaz uchazeče směřuje k části dodávky, která se týká mobilního operačního stolu.

Dotaz č. 3

Zadavatel v technické specifikaci požaduje:

Centrální brzda a možnost aretace jednoho kola pro udržení přímého směru (nepřípustný jiný typ brzdy stolu, například výsuvnými nohami, které mohou poškodit podlahu).

Bude zadavatel akceptovat operační stůl, u kterého je aretace řešena dosednutím celé základny stolu na podlahu? Toto řešení nabízí maximální plochu kontaktu stolu s podlahou a díky tomu lepší rozložení váhy než u koleček brzděných centrální brzdou. Riziko poškození podlahy je u tohoto řešení minimální. Efekt zabránění pohybu stolu je vyšší než v případě brzděných koleček.

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel může připustit takové řešení, opět za předpokladu, že dotaz uchazeče směřuje k části dodávky, která se týká mobilního operačního stolu.

Vzhledem k charakteru otázek a odpovědí se **prodlužuje** lhůta pro podávání nabídek, v souladu s § 99 odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a to **do 13. 6. 2018, 13:00 hodin**.

V Jihlavě dne

.....
MUDr. Lukáš Velev, MHA
ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace