



**NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD**

Husova 2624, 580 22, Havlíčkův Brod
tel.: 569 472 200, fax: 569 472 231, e-mail: david.reznickenko@onhb.cz
www.onhb.cz

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

podle § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

<i>Zadavatel:</i>	Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
<i>sídlo zadavatele:</i>	Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
<i>zastoupený:</i>	Mgr. Davidem Rezníčkem, MHA
<i>IČO:</i>	00179540
<i>název VZ:</i>	Pracoviště magnetické rezonance
<i>druh zadávacího řízení:</i>	nadlimitní veřejná zakázka na dodávky/otevřené řízení
<i>ev. č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek</i>	F2018-011791
<i>ev. č. VZ u zadavatele</i>	VZ/6/2018 IROP1/VZ5, projekt č. 1317

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

1. dodávka nové magnetické rezonance včetně příslušenství nutného pro bezchybný provoz, činnosti spojené s uvedením zařízení do provozu dle platné legislativy a bezplatná 2 letá záruka – komplexní servisní zabezpečení (dále jen „dodávka MR“);
2. poskytování komplexního servisního zabezpečení po dobu 9 roků (2 roky bezplatná záruka v rámci dodávky MR + 7 roků pozáruční servis), a to v rozsahu a způsobem uvedeným v obchodních podmínkách (smlouvě o dílo a servisní smlouvě)

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky musí být:

- ✓ dodávka a instalace Faradayovy klece včetně vstupních dveří, pozorovacího okna, vnitřního obložení, podhledu, vnitřního osvětlení kabiny včetně kabeláže, VZT rozvodů i výustek uvnitř kabiny, podlahové krytiny;
- ✓ dodávka a instalace elektrického rozvaděče magnetické rezonance;
- ✓ dodávka a instalace trubky pro odvod hélia do venkovních prostor dle platné legislativy;
- ✓ dodávka a instalace chladicí jednotky uzavřeného okruhu chladicí vody pro magnetickou rezonanci včetně MaR
- ✓ dodávka přístrojových komponent pro provoz v MR – anesteziologický přístroj, plicní ventilátor, oxymetr pulzní, monitor, infuzní pumpa/ dávkovač
- ✓ dodávka projektové dokumentace skutečného provedení včetně revizí zařízení, zaškolení obsluhy a protokolů o uvedení dodaného zařízení do provozu



- ✓ součástí dodávky je doprava na místo určení, instalace, montáž, zaškolení obsluhy a zprovoznění = uvedení předmětu plnění do provozu, zprovoznění veškerých komunikací a propojení s dalšími systémy (PACS, NIS).

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

otevřené řízení, nadlimitní veřejná zakázka

OZNAČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Pořadové číslo nabídky	Obchodní název firmy nebo název účastníka	Sídlo/místo podnikání	Právní forma	IČ	DIČ
1.	Siemens Healthcare, s.r.o.	Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	s.r.o.	04179960	CZ04179960
2.	Philips Česká republika s.r.o. Sektor Health Systems	Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8	s.r.o.	63985306	CZ63985306

OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení:

Pořadové číslo nabídky	Obchodní název firmy nebo název účastníka	Sídlo/místo podnikání	Právní forma	IČ	DIČ
1.	Siemens Healthcare, s.r.o.	Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4	s.r.o.	04179960	CZ04179960
2.	Philips Česká republika s.r.o. Sektor Health Systems	Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8	s.r.o.	63985306	CZ63985306

Odůvodnění jejich vyloučení:

Pořadové číslo nabídky	Obchodní název firmy nebo název účastníka	Odůvodnění jejich vyloučení
1.	Siemens Healthcare, s.r.o.	V předloženém objasnění účastník Siemens Healthcare, s.r.o. neprokázal, že nabízí přístroj s 64 nezávislými kanály – z popisu nabízeného přístroje předloženého účastníkem je zřejmé, že radiofrekvenční systém přístroje disponuje pouze 48 nezávislými kanály (viz popis pol. č. 2 uvedený na str. č 18 dokumentu 1_MAGNETOM Aera-1804271340.pdf předloženého účastníkem), čímž není splněna zadávací podmínka uvedená v bodě 3.1 Přílohy č. 2 zadávací dokumentace.
2.	Philips Česká republika s.r.o. Sektor Health Systems	Dodavatel Philips Česká republika s.r.o., nesplňuje podmínky účasti v zadávacím řízení stanovené zákonem a zadavatelem v zadávací dokumentaci. Konkrétně se jedná o nerespektování čl. 3.2 ZD a překročení stanovené maximální ceny za část předmětu veřejné zakázky – dodávku MR včetně příslušenství. Zadavatel si v tomto případě vyhradil v ZD právo vyloučit dodavatele ze zadávacího řízení.

ODŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Účastník Philips Česká republika s.r.o. po oznámení o vyloučení poslal zadavateli vzdání se práva podat námitky a vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení zbyl pouze jeden účastník zadavatel využil práva dle § 127, odst. 2 písm. h) a zadávací řízení zrušil.

V Havlíčkově Brodě dne 19. 06. 2018

3	Nemocnice Havlíčkův Brod príspevková organizace
3	Husova 2624 580 22 Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
príspevková organizace

