

## Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: [alena.sevcikova@nnm.cz](mailto:alena.sevcikova@nnm.cz)

IČO: 00842001 DIČ: CZ00842001

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění  
(dále jen „zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
<b>sídlo zadavatele:</b>	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
<b>zastoupený:</b>	JUDr. Věrou Palečkovou
<b>IČO:</b>	00842001
<b>název VZ:</b>	Dodávky reagentů a provozního spotřebního materiálu vázané na výpůjčku hematologického analyzátoru
<b>druh zadávacího řízení:</b>	podlimitní veřejná zakázka na dodávky
<b>ev. č. VZ u zadavatele:</b>	11/18/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 29.6.2018 Žádost o vysvětlení dokumentace. Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

#### Dotaz č. 1

Znění dotazu:

**Předpokládaná celková hodnota této veřejné zakázky je 2 228 238 Kč bez DPH za dobu plnění 4 roky.**

Dotaz: Při rozpočtu je to 557 060 Kč bez DPH za 1 rok. Tato částka má pokrýt veškeré náklady mimo jiné i na pořízení analyzátoru. Vzhledem k tomu, že je tato částka u nejmodernějších technologií takřka nereálná, bude zadavatel akceptovat nabídku s celkovou hodnotou vyšší?

Znění odpovědi:

**Zadavatel bude akceptovat nabídku s celkovou hodnotou vyšší.**

Zadavatel doplňuje, že předpokládaná cena je pouze orientační a vychází z kvalifikovaného odhadu zadavatele. Výše této předpokládané ceny není pro účastníky zadávacího řízení závazná.

#### Dotaz č. 2

Znění dotazu:

**1 plně automatický nový nerepasovaný nemodulární vysokokapacitní hematologický analyzátor**

Dotaz: Požadavek na „nemodulární“ analyzátor si vysvětlujeme tak, že konstrukce nabízeného analyzátoru má mít jen jednu variantu bez možností rozšíření o další měřicí moduly? Chápeme tento požadavek správně?

Znění odpovědi:

**Naše současné požadavky požadujeme vykrýt jedním modulem.**

#### Dotaz č. 3

Znění dotazu:

**Selektivní výběr vyšetření – KO, KO+DIF, KO+DIF+RET, KO+RET**

Dotaz: Námi nabízený analyzátor je nejmodernější technologie. Komplikovanost měřících módů je zde zjednodušena na KO+DIF a KO+DIF+RET, a je tak splněn požadovaný medicínský účel. Přenášení





požadovaných vyšetření KO, KO+DIF, KO+DIF+RET, KO+RET do LIS lze pak ošetřit nastavením v komunikačním protokolu LIS. Toto nemá vliv na nabídkovou cenu a analyzátor splňuje požadovaný medicínský účel. Bude zadavatel akceptovat kombinaci měření KO+DIF a KO+DIF+RET?

Znění odpovědi:

**Zadavatel bude akceptovat kombinaci měření KO+DIF a KO+DIF+RET tak, jak je popsáno výše.**

#### Dotaz č. 4

Znění dotazu:

**Monitorování množství reagentie zbývající v analyzátoru, včasné upozornění na nutnost doplnění reagentií do analyzátoru, výměna reagentií za provozu analyzátoru.**

Dotaz: Požadavek na výměnu reagentií za provozu chápeme tak, že při výměně reagentií nesmí dojít k přerušení nebo zastavení probíhajícího měření, nebo odložení nasávání vzorku a analýzy, chápeme jej správně?

Znění odpovědi:

**Při výměně reagentií nesmí dojít k přerušení nebo zastavení probíhajícího měření.**

#### Rozhodnutí zadavatele

Na základě shora uvedených skutečností, zadavatel **rozhodl o úpravě zadávacích podmínek, definovaných výše.**

**Ostatní ustanovení v celé Výzvě ke shora uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změn.**

#### Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V souvislosti s výše popsányi změnami zadávacích podmínek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona **PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK do 23.7.2018 do 14:00 hodin.** Otevírání obálek se uskuteční v pondělí dne 23.7.2018 ve 14:15 hodin za podmínek uvedených v čl. 15 předmětné Výzvy k podání nabídek ze dne 26.6.2018 (dále jen „výzva“).

#### Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

V souladu s článkem 13.4.2 výzvy je pro poskytnutí dodatečných informací využito **elektronických prostředků.** Vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění žádosti o vysvětlení dokumentace zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem **na profilu zadavatele – viz [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_196.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html)**

Vysvětlení dokumentace zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla výzva poskytnuta prostřednictvím profilu zadavatele za podmínky, že si **současně!!! se stažením výzvy aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.3.1 výzvy).**

V Novém Městě na Moravě dne 3.7.2018

Nemocnice Nové Město na Moravě,  
příspěvková organizace  
JUDr. Věra PALEČKOVÁ  
ředitelka

JUDr. Věra Palečková  
ředitelka nemocnice