



## Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: [alena.sevcikova@nnm.cz](mailto:alena.sevcikova@nnm.cz)

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

### Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Zadavatel:              | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| sídlo zadavatele:       | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě               |
| zastoupený:             | JUDr. Věrou Palečkovou                                 |
| IČO:                    | 00842001                                               |
| název VZ:               | Fundus kamera                                          |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky              |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/18/20                                               |

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky obdržel dne 9.7.2018 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Úplné znění žádosti i vyjádření zadavatele jsou uvedeny níže.

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Znění žádosti:</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Vzhledem k tomu, že nesplníme zadání Vašeho VZ na funduskameru, si Vám dovoluji zaslat dotaz, zdali je možno změnit zadání v bodech, které nesplňujeme. Námi nesplnitelné body zasílám v příloze. (příloha č. 1 tohoto Vysvětlení). |
| <b>Vyjádření zadavatele</b>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zadavatel trvá na technických požadavcích na předmět veřejné zakázky, které stanovil odůvodněně a objektivně. Zadavatel sděluje, že stanovené požadavky může splnit více výrobců.</b>                                            |

### Uveřejnění a poskytnutí dodatečných informací

Dodatečné informace jsou v souladu s článkem 13.2 výzvy zasílány:

- dodavatelům, kteří byli zadavatelem písemně vyzváni k podání nabídky**, a to na kontaktní údaje uvedené na jejich webových stránkách, příp. i na další kontaktní údaje, které oslovený dodavatel zaslal/poskytl zadavateli následně po obdržení výzvy;
- dodavatelům, kteří si stáhli výzvu z profilu zadavatele a současně si aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací** (dle čl. 13.1.1 výzvy)

Dále jsou dodatečné informace uveřejněny stejným způsobem, jakým bylo uveřejněno úplné znění výzvy, tj. na profilu zadavatele - viz. odkaz: [https://ezak.kr-vysocina.cz/profile\\_display\\_196.html](https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html)

V Novém Městě na Moravě dne 11.7.2018

Nemocnice Nové Město na Moravě,  
příspěvková organizace  
JUDr. Věra PALEČKOVÁ  
ředitelka

.....  
JUDr. Věra Palečková  
ředitelka nemocnice



Příloha č. 2 výzvy

**Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky  
na předmět plnění a podklady pro hodnocení  
dílčího hodnotícího kritéria č. 2**

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Zadavatel:</i>              | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| <i>sídlo zadavatele:</i>       | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě               |
| <i>zastoupený:</i>             | JUDr. Věrou Palečkovou                                 |
| <i>IČO:</i>                    | 00842001                                               |
| <i>název VZ:</i>               | Fundus kamera                                          |
| <i>druh zadávacího řízení:</i> | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky              |
| <i>ev. č. VZ u zadavatele:</i> | VZ/18/20                                               |

- 1.1 **Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického prostředku - fundus kamery pro použití na očním oddělení zadavatele.**
- 1.2 Zadavatel požaduje nabídnout pouze nový (nepoužitý) zdravotnický prostředek.
- 1.3 **Součástí předmětu plnění je doprava do sídla zadavatele, montáž, uvedení do provozu a instruktáž obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - (min. rozsah 1 pracovní den), poskytování plného bezplatného záručního servisního zabezpečení.**
- 1.4 Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat vyřazení z účasti v zadávacím řízení.
- 1.5 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
  - se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;
  - se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
  - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků a
  - s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.



### 1.6 Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| pol.č.                             | Parametr                                                                                                       | Status     | Druh technického parametru           | Reálná hodnota (vyplní účastník) | kde uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce) |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Fundus kamera s angiografií</b> |                                                                                                                |            |                                      |                                  |                                                |
| 1.                                 | digitální fundus kamera s apochromatickou optikou                                                              | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne                           | ANO...<br>....                                 |
| 2.                                 | nový zdravotnický prostředek                                                                                   | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne                           | ANO...<br>....                                 |
| 3.                                 | mydriatický režim                                                                                              | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne                           | ANO...<br>....                                 |
| 4.                                 | non-mydriatický režim                                                                                          | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne                           | ANO...<br>....                                 |
| 5.                                 | snímání, zobrazení, archivace očního pozadí                                                                    | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne                           | ANO...<br>....                                 |
| 6.                                 | snímání, zobrazení, archivace předního segmentu oka                                                            | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne                           | Ano.....                                       |
| 7.                                 | snímání min. barevných, red-free, FAG (fluorescenční angiografie) a AF (autofluorescence) snímků očního pozadí | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne                           | ...ANO<br>....                                 |
| 8.                                 | funkce skládaného / mozaikového obrázku                                                                        | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne                           | ANO...<br>....                                 |
| 9.                                 | funkce potlačení neprůhlednosti                                                                                | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne                           | NE.....                                        |
| 10.                                | zorný úhel mydriatický režim min. 50°                                                                          | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne<br>.....°                 | Ne,<br>máme<br>45°.....                        |
| 11.                                | zorný úhel non-mydriatický režim min. 45°                                                                      | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne<br>.....°                 | ANO...<br>....                                 |
| 12.                                | rozsah zaostřování pro kompenzaci refrakce pacienta min. ±10 D                                                 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne<br>±.....D                | ANO                                            |
| 13.                                | rozsah zaostřování pro myopického pacienta min. -10 až -30 D                                                   | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne<br>.....D                 | ANO...<br>....                                 |
| 14.                                | rozsah zaostřování pro kompenzaci hypermetropického pacienta min. +10 až +30 D                                 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený parametr | ano-ne<br>.....D                 | ANO...<br>....                                 |



|     |                                                                                              |            |                                         |                         |                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 15. | dioptrická korekce optického<br>zaměřovače min. $\pm 5$ D                                    | požadováno | absolutní, dále<br>nehodnocený parametr | ano-ne<br>$\pm \dots D$ | NE.....                 |
| 16. | zdroje světla min. halogen a<br>xenon                                                        | požadováno | absolutní, dále<br>nehodnocený parametr | ano-ne                  | ...ANO<br>....          |
| 17. | fixační světlo vnitřní i vnější                                                              | požadováno | absolutní, dále<br>nehodnocený parametr | ano-ne                  | ANO...<br>....          |
| 18. | natáčení kamery horizontálně i<br>vertikálně nebo flexibilní<br>fixační bod                  | požadováno | absolutní, dále<br>nehodnocený parametr | ano-ne                  | NE.....                 |
| 19. | min. rozlišení 16 Mpx                                                                        | požadováno | absolutní, dále<br>nehodnocený parametr | ano-ne<br>.....Mpx      | ...ANO<br>24<br>Mpx.... |
| 20. | software s licencemi min. pro 2<br>PC                                                        | požadováno | absolutní, dále<br>nehodnocený parametr | ano-ne                  | ANO...<br>....          |
| 21. | zálohování dat na externí disk                                                               | požadováno | absolutní, dále<br>nehodnocený parametr | ano-ne                  | ANO...<br>....          |
| 22. | DICOM interface                                                                              | požadováno | absolutní, dále<br>nehodnocený parametr | ano-ne                  | ...ANO<br>....          |
| 23. | součástí dodávky výškově<br>stavitelný stolek (elektricky) pro<br>umístění nabízeného plnění | požadováno | absolutní, dále<br>nehodnocený parametr | ano-ne                  | ...ANO<br>....          |

#### 1.7 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:  
Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne
- Ostatní podmínky:  
Účastník v nabídce předloží:
  - produkt data resp. produktový leták, případně produktový list **k nabízenému zařízení**, podrobný technický popis atd. /viz požadavek v článku 10.1 písm. b) výzvy/

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ..... dne .....

.....  
razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka zadávacího řízení