

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. II

Název veřejné zakázky:	Zdravotnické přístroje II.
Zadavatel	
Název:	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
IČO :	00511951
Adresa sídla:	Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov
Právní forma:	příspěvková organizace
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Ing. Jan Mičák, MBA, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace Ing. Marek Bena, tel. +420 604 119 057, bena@pkvysocina.cz
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_197.html

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, IČO: 00511951, se sídlem Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov, jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem **Zdravotnické přístroje II.**, jejíž zadávací řízení bylo zahájeno dne 9. 7. 2018, obdržela dne 30. 7. 2018 žádost dodavatele o vysvětlení, resp. změnu zadávací dokumentace, a to ve vztahu k **části 3 veřejné zakázky – Přístroje pro rehabilitaci**.

Zadavatel níže uvádí úplný text žádosti a svou odpověď na ni:

Žádost dodavatele:

V příloze č. 1 zadávací dokumentace „Technické podmínky a rozpočet“ v části veřejné zakázky č. 3 Přístroje pro rehabilitaci je u položky F. Magnetoterapeutický přístroj požadavek:

Databáze pacientů a anatomická navigace

Z hlediska zkušeností z praktických provozů není databáze pacientů a anatomická knihovna často u magnetoterapie využívána. Tento požadavek také neovlivňuje kvalitu provedené terapie. Rádi bychom nabídli systém, který sice tímto požadavkem nedisponuje, je však úspěšně využíván v několika zdravotnických zařízeních při zachování vysoké kvality prováděné terapie.

Také bychom rádi upozornili, že žádný jiný přístroj poptávaný v této části veřejné zakázky č. 3 tímto požadavkem nedisponuje a to ani „Kombinovaný elektroterapeutický přístroj“ u kterého by tento požadavek dával větší smysl. Požadavek „databáze pacientů“ s sebou také přináší zvýšené požadavky na zabezpečení údajů o pacientech z hlediska GDPR. To by mohlo nejen zapříčinit zvýšenou časovou náročnost na obsluhu přístroje pro personál, ale i vyšší nároky pro samotný přístroj z hlediska zabezpečení dat.

Dotaz tedy zní, upustí zadavatel od požadavku „Databáze pacientů a anatomická navigace“ u položky F. Magnetoterapeutický přístroj z výše uvedených důvodů?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prověřil argumentaci dodavatele a potřeby svého rehabilitačního oddělení a v návaznosti na to vyhovuje žádosti dodavatele a mění podmínky uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace na listu pro část 3 veřejné zakázky tak, že od požadavku Databáze pacientů a anatomická navigace, který byl dosud uveden v oddíle F. Magnetoterapeutický přístroj, upouští. Přístroj nabízený dodavateli proto tento požadavek nemusí splňovat.

S ohledem na povahu shora uvedené změny zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek **na část 3** veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta skončí dne **3. září 2018 v 10.00 hod.** Termín otevírání obálek s nabídkami na část 3 veřejné zakázky je nově stanoven na týž den 3. září 2018, v 10.15 hod.

Změny obou uvedených termínů budou v souladu se zákonem uveřejněny rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské Unie.

Lhůta pro podání nabídek pro ostatní části veřejné zakázky zůstává nezměněna, tj. pro část 1 končí dne 20. srpna 2018 v 10.00 hod. a pro část 2 končí dne 3. září 2018 v 10.00 hod. Je proto nezbytné, aby dodavatel, který hodlá podat nabídku jak na část 1, tak i na další část(i) veřejné zakázky, podal takovou svou nabídku v oddělených obálkách tak, aby pro část 2 a/nebo 3 veřejné zakázky mohlo proběhnout otevírání obálek samostatně v pozdějším termínu, obálka pro část 2 a/nebo 3 nebyla předčasně otevřena již v rámci otevírání obálek dne 20. srpna 2018 a důvěrnost obsahu nabídky na tuto část(i) veřejné zakázky tím nebyla narušena před uplynutím lhůty pro podání nabídek na část 2 a/nebo 3 veřejné zakázky.

V Pelhřimově dne 31. 7. 2018

Ing. Jan Mičák, MBA
ředitel