



**NEMOCNICE
HAVLÍČKŮV
BROD**

Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 472 111
e-mail: nemocnice@onhb.cz
www.onhb.cz

Výzva k podání nabídky

veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

výběrové řízení je vypsáno v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“ ze dne 15. 05. 2017 č. 07/17, jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dle čl. 8 uvedených Pravidel)

Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele: **VZ/15/2018**

„Endoskopy pro bronchoskopie“

Zadavatel:

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
statutární zástupce: **Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel**
se sídlem: Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
IČO: 00179540
DIČ: CZ00179540

KB Havlíčkův Brod 17938-521/0100
DIČ: CZ00179540
IČO: 00179540



1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka endoskopů pro bronchoskopie

Technická specifikace:

viz také příloha č. 2 – technická specifikace

1ks **terapeutický Videobronchoskop** s celoplošným obrazem pro diagnostiku a terapii

Optický systém:

Zorné pole, min 120°

Směr pohledu, přímý pohle

Hloubka pole, min 3 – 100 mm

Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm

Zaváděcí tubus: Zevní průměr distálního konce, max 6,0 mm

Zevní průměr tubusu, max 5,8 mm

Pracovní délka, min 600,0 mm

Celková délka, min 870,0 mm

Pracovní kanál: vnitřní průměr, min 3,0 mm

Ohybová část: Rozsah angulace nahoru, min 180°
dolů, min 130°

Požadováno zajištění plné kompatibility s endoskopickým vybavením pracoviště bez nutnosti adaptace (videoprocесory Olympus CV 145, CV 180, zdroje světla Olympus CLV-U20 a CLV 180).

1ks **Bronchofiberoskop** s vláknovou optikou pro diagnostiku a základní terapii

Optický systém: Zorné pole, min 120°

Směr pohledu, přímý pohled

Hloubka pole, min 3 – 50 mm

Minimální rozlišovací vzdálenost 3 mm

Zaváděcí tubus: Zevní průměr distálního konce, max 6,0 mm

Zevní průměr tubusu, max 6,0 mm

Pracovní délka, min 600,0 mm

Pracovní kanál: vnitřní průměr, min 2,8 mm

Ohybová část: Rozsah angulace nahoru, min 180°
dolů, min 130°

Požadováno zajištění plné kompatibility s endoskopickým vybavením pracoviště bez nutnosti adaptace, (zdroje světla Olympus CLK-4, CLV-U20, CLV 180).

2. Doba a místo plnění

Zadavatel předpokládá dodávku včetně instalace a uvedení do provozu nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.

Místem plnění je Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, plicní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Místo plnění se nalézá v sídle zadavatele.

Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:

Ing. Adam Fila, vedoucí technik zdravotnických přístrojů

- telefon: +420 569 472 116; GSM: +420 739 161 516
- e-mail: adam.fila@onhb.cz

Monika Chladová, DiS., administrátorka veřejných zakázek

- telefon: +420 569 472 167; GSM: +420 734 397 363
- e-mail: monika.chladova@onhb.cz
- web: www.onhb.cz

Ostatní důležité informace:

Veškeré důležité dokumenty event. nové informace týkající se zadávacího řízení jsou uveřejněny (v případě změn budou průběžně uveřejňovány) na **profilu zadavatele**, a to neomezeným a přímým dálkovým způsobem viz odkaz:

https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html, kde je zveřejněna i tato zadávací dokumentace včetně všech příloh.

3. Kvalifikační předpoklady

Doložení profesní způsobilosti:

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Doložení základní způsobilosti:

Čestné prohlášení o splnění základních způsobilosti (příloha č. 4) + možnost prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228) a možnost prokázání certifikátem (§ 234)

4. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky - celková nabídková cena v Kč (bez DPH)

VYPLNĚNÁ PŘÍLOHA č. 2 (TABULKA) JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ NABÍDKY!

Účastník uvede, zda přístroj požadavky splňuje ANO/NE, číslo stránky, kde je možné údaj v nabídce (v produktovém listu) nalézt.

Při nesplnění požadavků, u kterých je ve sloupci „povinný parametr/požadováno“ ANO bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení.

5. Způsob zpracování cenové nabídky

Nabídková cena zakázky bude uvedena jako cena celkem (viz příloha č. 1 – krycí list) v Kč bez DPH a včetně DPH.

Cena uvedená v nabídce účastníka musí obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním a úplným zprovozněním předmětu veřejné zakázky (tj. náklady na dopravu, balné, clo, instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, český manuál, případně další).

6. Platební a dodací podmínky

Úhradu předmětu veřejné zakázky provede zadavatel (kupující) na základě faktury prodávajícího, vystavené po převzetí předmětu veřejné zakázky. Splatnost faktury je 30 dní od doručení zadavateli.

7. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, je stanovena na 4 měsíce.

8. Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídky je možno doručit doporučeně poštou nebo osobně předat na ředitelství Nemocnice Havlíčkův Brod, budova č. 8, v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin - 2. patro paní Monika Chladová,

administrátorka veřejných zakázek. Nabídky je takto možno doručovat po celou dobu běhu soutěžní lhůty, která končí **dne 29. 8. 2018 v 13:25 hod.**

Nabídka musí být podána v českém jazyce v písemné formě v uzavřené obálce ve dvou vyhotoveních (originál, kopie) a elektronicky na CD. Případně vložené cizojazyčné listiny musí být přeloženy do jazyka českého s originální tlumočnickou doložkou (povinnost úředně ověřeného překladu se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce).

Obálka s nabídkou bude označena zpáteční adresou, na niž je možné zaslat oznámení a heslem:

„VZ/15/2018 – Endoskopy pro bronchoskopie“ - NEOTEVÍRAT.

V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – vyjasňování zadávacích podmínek

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.

Žádost o dodatečné informace musí mít písemnou formu, musí být stvrzena statutárním orgánem účastníka a musí být podána minimálně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Dodatečné informace budou uveřejněny stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele do dvou pracovních dnů.

Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html

10. Požadovaný obsah nabídky:

Nabídka bude předložena:

- ✓ 1 krát originál v písemné formě, zpracovaná v českém jazyce a
- ✓ 1 krát kopie v písemné formě, zpracovaná v českém jazyce
- ✓ 1 krát elektronická verze nabídky na CD.

Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Písemná i elektronická verze nabídky se musí shodovat.

- a) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán.
- b) Prostá kopie živnostenského listu nebo jiný doklad opravňující účastníka k požadované činnosti.
- c) Vyplněná příloha číslo 1 tohoto dokumentu - krycí list nabídky včetně uvedení cen. Uvedený doklad bude podepsán oprávněným zástupcem účastníka
- d) Vyplněná příloha číslo 2 tohoto dokumentu - podklady pro hodnocení včetně uvedení technické specifikace
- e) Doplněná a oprávněným zástupcem účastníka podepsaná smlouva, která je přílohou číslo 3 tohoto dokumentu. Smlouva včetně přílohy bude uložena na CD ve formátu doc nebo docx pro účely zveřejnění dokumentu v registru smluv.
- f) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, příloha číslo 4

11. Ostatní informace k zadávacím podmínkám

Obsahuje-li výzva požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, jsou tyto odkazy uvedeny pouze z důvodu nezbytnosti definovat minimální požadovaný standard. V této souvislosti zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

12. Další požadavky zadavatele

- ✓ Doložení dokladu prohlášení o shodě nebo certifikát CE.
- ✓ Dodání návodu v českém jazyce (případně elektronicky na CD).
- ✓ Záruka v délce minimálně 24 měsíců na dodaný přístroj s bezplatným záručním servisem a prováděním pravidelných BTK (min. 1x za rok) a el. revizí v záruční době zdarma.

- ✓ Instalace a zaškolení.
- ✓ Přiložení originálního produktového listu k ověření parametrů (bez nutného překladu do českého jazyka)

13. Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo:
- ✓ neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků
 - ✓ veřejnou zakázku zrušit
 - ✓ náklady se zpracováním a podáním nabídky nese účastník a nelze jejich uhrazení požadovat po zadavateli
 - ✓ nevracet a ponechat si podanou nabídku pro účely její archivace

V Havlíčkově Brodě dne 13. 8. 2018

3	Nemocnice Havlíčkův Brod
3	příspěvková organizace
	Husova 2624
	580 22 Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezníčenko, MHA
ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace

Přílohy:

- příloha č. 1. - krycí list nabídky s uvedením ceny
- příloha č. 2. - technická specifikace + podklad pro hodnocení
- příloha č. 3. - kupní smlouva
- příloha č. 4. - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

