

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

592 31 Nové Město na Moravě, Žďárská ul. 610

Tel.: 566 801 602, fax: 566 801 609, e-mail: alena.sevcikova@nnm.cz

IČO:00842001 DIČ: CZ00842001

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen „zákon“)

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Plicní ventilátor 2018
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení
ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2018-027770
ev. č. VZ u zadavatele:	18/18/VZ

Zadavatel shora uvedené nadlimitní veřejné zakázky na dodávky obdržel dne 21.8.2018 Žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Doslovné znění dotazů včetně odpovědí zadavatele je uvedeno níže.

Dotaz č. 1
Znění dotazu:
Zadavatel požaduje v Příloze zd č. 2 Technická specifikace předmětu plnění - minimální technické požadavky, v bodě 14 - nastavení: PEEP v rozsahu min. 0-35 cmH2O. Pro tento typ ventilátoru a pro charakter jeho použití u předpokládaného typu pacientů je z hlediska protektivní ventilace výrobcem povolen bezpečný klinický rozsah pro hodnoty nastavení PEEP 0 až 25 cm H2O. Bude zadavatel akceptovat nabídku plicního ventilátoru s hodnotou PEEP s bezpečným limitem PEEP 0 až 25 cm H2O ?
Znění odpovědi:
Zadavatel nebude akceptovat nabídku plicního ventilátoru s hodnotou PEEP s limitem PEEP 0 až 25cmH2O a nadále trvá na min. rozsahu 0-35cmH2O. Jedná se o objektivně zdůvodnitelný technický požadavek zadavatele, který může splnit více výrobců plicních ventilátorů.

Uveřejnění a poskytnutí vysvětlení ZD

V souladu s článkem 13.3.2 ZD je pro poskytnutí vysvětlení ZD využito **elektronických prostředků**. Vysvětlení ZD včetně přesného znění žádosti o vysvětlení ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zákona uveřejňuje stejným způsobem, jakým byla uveřejněna ZD, tj. elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na **profilu zadavatele** – viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_196.html

Vysvětlení ZD zasílá zadavatel současně všem jemu známým dodavatelům, tj. dodavatelům, kterým byla poskytnuta ZD prostřednictvím profilu zadavatele **za podmínky, že si současně!!! se stažením ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace veřejné zakázky“ odběr upozornění na změny v zadávacích podmínkách, resp. dodatečných informací (viz čl. 13.2.1 ZD).**

V Novém Městě na Moravě dne 23.8.2018

Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
JUDr. Věra PALEČKOVÁ
ředitelka

JUDr. Věra Palečková, ředitelka nemocnice